



广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心医疗设备采购项目

**招 标 文 件**

项 目 编 号 ： ZY140G1079H12513

招标代理机构：广州中曜招标代理有限公司

编 制 日 期 ： 2019 年 8 月

## 温馨提示：投标人投标特别注意事项

一、 投标文件递交时间为**投标截止时间之前 30 分钟**内（另行说明除外），投标截止时间一到，本公司不接收任何投标文件，因此，为避免因迟到而失去投标资格，请**适当提前到达**。

二、 我公司账户（**账号：3602024309201331789，开户银行：工商银行番禺支行，收款人：广州中曜招标代理有限公司**）。

三、 请正确填写《开标一览表》。多包项目请仔细检查包号，包号跟包名称必须一致。

四、 请仔细检查《法人授权委托书》、《投标函》、《开标一览表》等重要格式文件是否按要求**盖公章、签名、签署日期**。投标文件需签名之处必须由当事人亲笔签署（如《法人授权委托书》必须有法定代表人的签名）。

五、 加★号的条款必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。

六、 投标文件应按顺序编制页码。

七、 对可接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，**须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章**。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

八、 广州中曜招标代理有限公司为采购代理机构，不对投标人报名时提交的相关资料的真实性负责，如投标人发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

## 目 录

第一章	投标邀请 .....	4
第二章	投标人须知.....	6
第三章	用户需求书.....	13
第四章	合同（样本） .....	24
第五章	投标文件格式.....	28
第六章	评标办法 .....	56

## 第一章 投标邀请

广州中曜招标代理有限公司受广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心的委托，对广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心医疗设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人参加投标。现将本项目招标文件进行公示，期间为自2019年8月13日起至2019年8月19日。

1. 采购项目名称：广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心医疗设备采购项目
2. 采购项目编号：ZY140G1079H12513
3. 采购方式：公开招标
4. 采购项目属性：货物类
5. 品目类别：A032099 其他医疗设备
6. 采购预算：101.21万元
7. 项目内容及需求：（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策）

(1) 本项目采购医疗设备一批。详细要求请参阅本招标文件的第三章“用户需求书”。投标人必须对项目进行整体投标，不允许仅对其中部分内容进行投标。

(2) 本项目属于政府采购项目。

(3) 需要落实的政府采购政策：

- 1) 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）
- 2) 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）
- 3) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

### 8. 投标人资格要求：

(1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件的规定：

- 1.1 具有独立承担民事责任的能力；
- 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供近期财务报表复印件）
- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近期纳税证明、社保证明复印件）
- 1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；被工商行政管理部门列入经营异常名录的，须在投标截止时间之前申请移出经营异常名录（提供申请材料复印件）。
- 1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

(2) 投标人未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料）。

(3) 投标人具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》或《食品药品经营许可证》（具备医疗器械经营范围）或《医疗器械经营备案凭证》；

(4) 所投产品具有医疗器械注册证或备案证明（如国家有相关规定）；

(5) 投标人出具的《公平竞争承诺书》；

(6) 本项目不接受联合体投标。

以上资料参与正式投标时须放入投标文件中。

**9. 报名及购买招标文件需提交的资料**（投标人凭以下相关资料复印件**加盖单位公章**购买招标文件及报名）：

(1) 有效的营业执照副本或事业单位法人证书或其他组织证明复印件（请携带原件核查）；

(2) 法定代表人证明书或法定代表人授权书复印件及有效居民身份证复印件；（请携带原件核查）

(3) 为了提高工作效率，投标人购买招标文件前须在我司网站：<http://www.zhongyaodaili.com>上登陆下载填写《投标报名登记表》，并保证以上信息真实可靠，如因填写信息错误导致的与本项目有关

的任何损失由填表者承担，在购买文件时须出具打印件。

10. 投标人报名后需在广东省政府采购网上注册企业信息。注册时需登陆广东省政府采购网站 (<http://www.gdgpo.gov.cn>)，在网站左上方“用户登录”进行注册，具体操作在“快速服务”-“办事指南”栏目中有指引，已注册的投标人无需重复注册。

11. 在本项目投标文件递交时间代理机构对参加登记报名的投标人进行信用信息查询，通过“信用中国”网站 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 等渠道查询相关主体信用记录，代理机构现场留存网站截图，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将取消其参与本次投标的资格。

12. 符合资格的投标人应当在 2019 年 8 月 13 日起至 2019 年 8 月 19 日期间（工作日上午 9：00-12：00 和下午 2：00-5：00，法定节假日除外）到广州中曜招标代理有限公司（地址：广州市番禺区南村镇兴业大道南侧（江南村工业一区三横路 9 号 5 楼）购买招标文件，招标文件每套售价人民币 300 元，售后不退。

13. 投标文件递交时间：2019 年 9 月 2 日下午 14：00——14：30

投标文件递交地点：广州中曜招标代理有限公司开标 2 室，地址：广州市番禺区南村镇兴业大道南侧（江南村工业一区三横路 9 号 5 楼）

14. 投标截止时间及开标时间：2019 年 9 月 2 日下午 14：30。

开标地点：广州中曜招标代理有限公司开标 2 室，地址：广州市番禺区南村镇兴业大道南侧（江南村工业一区三横路 9 号 5 楼）

采购人：广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心

联系地址：广州市番禺区南村镇兴业路西段大坪岗诺德道 3 号

采购代理机构联系人：农工、钟工

地址：广州市番禺区南村镇兴业大道南侧（江南村工业一区三横路 9 号 5 楼）

电话：020-31192028 31192038

传真：020-34545595

邮编：511442

邮箱：zyzb888@qq.com

广州中曜招标代理有限公司

2019 年 8 月 12 日

## 第二章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

### 一、定义

#### 1. 招标适用法律

本次招标适用的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》及政府采购其它相关法规。

#### 2. 释义

2.1 “监管部门”系指同级财政部门。

2.2 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

2.3 “采购代理机构”系指广州中曜招标代理有限公司。

2.4 “投标人/供应商”系指符合招标文件中投标人资格条件的并向采购代理机构提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.5 “甲方”系指采购人。

2.6 “乙方”系指中标人。

2.7 “中标人”系指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。

#### 3. 重要说明

本招标文件中带“★”号的条款是重要条款，投标人必须完全响应，否则当作无效投标处理。

#### 4. 合格的货物和服务

4.1 本次采购为本国产品，优先采购自主创新、节能、环保产品。

4.2 “货物”系指投标人组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物须符合广州市以及国家、省、市的其他有关规范和要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

4.3 “服务”系指投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它伴随服务。

4.4 投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及采购人需求。

4.5 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由中标人自行承担。

4.6 投标人应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权产生侵权；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉讼，则一切法律责任由投标人承担。

#### 5. 关于投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

#### 6. 关于分支机构投标

分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

#### 7. 不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受参与同一项目的投标：

7.1 彼此存在投资与被投资关系的；

7.2 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的或法定代表人为同一个人的。

7.3 参与本项目的投标人为经销商的不得再授权另一投标人参加本项目的投标。

7.4 法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项或同一子项目的政府采购活动。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.5 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 8. 招标文件解释权

招标文件的最终解释权归采购代理机构所有。

## 二、招标文件

### 1. 招标文件的组成

1.1 投标邀请

1.2 投标人须知

1.3 用户需求书

1.4 合同（样本）

1.5 投标文件格式

1.6 评标办法

1.7 在招标过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

### 2. 招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日前通知，采购代理机构对其收到的对招标文件的书面澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发至每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。该答复作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。投标人在收到上述澄清答复后，应在 24 小时内向采购代理机构回函确认。

2.2 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 3. 招标文件的修改

3.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

3.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.3 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间 3 日前，并将变更时间书面通知所有已购买招标文件投标人。

### 4. 答疑会及踏勘现场

本项目不统一组织投标人进行现场踏勘，投标人可自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人须承担踏勘现场所发生的自身费用与责任。适时再根据实际情况由采购人和招标代理公司研究是否组织答疑会等。

## 三、投标文件

### 1. 投标文件的编写

1.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人应对投标内容提供完整的、详细的、清晰的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明；投标人对招标文件的对应要求应当给予唯一的实际响应，否则将视为不响应。技术参数要求中标注有具体数值要求的，投标人必须在技术参数响应表中标注实际数值，

不标注数值者视为不响应。投标人应在投标文件中提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求。（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

1.2 投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

### 1.3 投标语言和计量单位

投标文件和来往函件应用中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料 and 印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际单位（招标文件中另有规定除外）。

1.4 投标人必须以人民币报价，并保留小数点后两位。

### 1.5 投标报价

1.5.1 如招标文件无特殊规定，投标价格以人民币填报。

1.5.2 投标人应按照招标文件中规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按《开标一览表》和《报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的相应内容，否则将导致投标无效。

投标人投标总价是以投标人可独立完成本项目，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理最终含税报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变、汇率、利率因素和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总价之内。投标人应自行增加项目正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有列明或包含的内容及费用，并在投标文件中加以详细说明，如果投标人在中标并签订合同后，在履行合同过程中出现的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。对超出常规、具有特别意义或会引起竞争歧义的报价须作出特别说明。

1.5.3 《报价明细表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；  
2) 投标报价应为货物运至用户指定地点的含税价（包括但不限于运输、保险、安装、伴随服务、关税、销售税、其他税以及采购合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

1.5.4 每种规格货物或每项标准服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

### 1.6 备选方案

只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

### 1.7 联合体投标

1.7.1 本项目不接受联合体投标。

1.7.2 如招标项目接受联合体投标的，则组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行，并提供《联合体共同投标协议书》。

1.8 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装；
- （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 2. 投标文件的构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格性及符合性审查文件、技术文件、商务文件、投标报价，编排顺序参见投标文件格式。

2.2 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

## 3. 投标文件的澄清

3.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的內容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人在规定时间内做出必要的澄清、说明或者纠正，



但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

#### 4. 询问、质疑与投诉

##### 4.1 询问

4.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面形式提出。

4.1.2 如采用书面形式提出询问，投标人为自然人的，询问函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖投标人公章。询问投标人若委托代理人提出询问的，随询问函需一同提交由投标人签署的授权委托书及代理人身份证复印件，并加盖投标人公章。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

4.1.3 采购人或者采购代理机构在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

##### 4.2 质疑

4.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求，以书面形式向采购人、采购代理机构当面提交质疑。

投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

##### 4.2.2 质疑期限

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当在购买招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内。（注：投标人购买招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则以投标人购买招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）

（2）投标人认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

（3）投标人认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

4.2.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

4.2.4 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（质疑函范本可在广州中曜招标代理有限公司网站中下载）：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.2.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

4.2.6 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

4.2.7 采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

答复函可以直接领取、传真或邮件、邮寄方式均视为有效送达。

联系部门：招标部 联系人：凌先生

地址：广州市番禺区南村镇兴业大道南侧（江南村工业一区三横路9号5楼）

电话：020-31192028 31192038（上午09:00至12:00，下午14:00至17:00，法定节假日除外）

4.2.8 对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

#### 4.3 投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

#### 5. 投标文件的修改和撤回

5.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。投标截止后不得修改和撤回其投标文件。

#### 6. 投标文件的样式和签署

6.1 投标文件由投标文件（资格审查部分）和投标文件（技术商务部分）两个分册和唱标信封构成。两个分册资料须分别装订并分别密封。

6.1.1 投标文件（资格审查部分）包含所有资格性资料，一式5份，其中正本1份、副本4份。格式详见第五章。

6.1.2 投标文件（技术商务部分）包含基本资料、符合性资料、技术文件、商务文件、投标报价，一式5份，正本1份（内装投标文件正本1份，投标文件电子版1份，限光盘或U盘，不留密码，无病毒，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准），副本4份，并注明“正本”和“副本”。

6.1.3 投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

6.1.4 “唱标信封”包含开标一览表、法人授权委托书、投标保证金交纳声明函各一份，唱标信封需单独密封提交。

6.2 投标文件正本必须打印或用不褪色墨水书写。整册装订牢固可靠且不能轻易脱落。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

6.3 投标人应按照投标文件格式要求，在正本封面及招标文件中规定的地方加盖单位公章或由投标人法定代表人或其授权委托人签字，副本可通过正本复印，与正本具有同等法律效力。未按招标文件约定的格式签名、盖章，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签署本人姓名才有效。

6.4 所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，交予采购代理机构专职人员，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

6.5 所有投标文件必须封入密封的信封或包装。

6.6 投标文件正本单独封装，副本全部一起封装。封套表面标明“正本”或“副本”“唱标信封”字样，在每一封套上按以下顺序标明如下字样：

投标文件（资格审查部分）/投标文件（技术商务部分） 正本/副本/唱标信封 收件人名称：广州中曜招标代理有限公司 项目编号： 项目名称： 投标人名称： 法定代表人（授权代表人）： 在（招标文件中规定的投标截止时间）之前不得启封
---

6.7 投标文件的正本及所有副本的封面均须加盖投标人公章，并经法定代表人或其授权代理人签名。

6.8 采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

6.9 如果投标文件没有按本投标人须知的有关规定装订、签署、密封和加写标记或投标文件提前开封、误投、无效，采购代理机构概不负责。

6.10 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真投标。

#### 7. 投标有效期

7.1 从投标截止日起，投标有效期为 90 天。投标有效期不足的投标将视为非实质性响应，并予以拒绝。

7.2 在特殊情况下，采购人可于投标有效期日满之前要求投标人同意延长有效日期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述延期要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止日期应负之权利及责任相应也延至新的截止日期。

**8. 本项目预算金额为：101.21 万元。投标人报价超出本次预算金额或设备最高限价，视为非实质性响应投标而予以拒绝。**

#### **9. 投标保证金**

投标人应交纳投标保证金：人民币 10,000.00 元（大写：人民币壹万元整）

9.1 保证金应当以支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。保证金作为投标人投标的组成部分，与投标文件一同递交：

##### **保证金专户：**

开户银行：工商银行番禺支行

账号：3602024309201331789

收款人：广州中曜招标代理有限公司

并请注明“ZY140G1079H12513 保证金”

联系电话：020-31192038（业务）020-31192908（财务）

投标人凭已盖章的银行进账单复印件或网上银行电子回单打印件，到广州中曜招标代理有限公司领取投标保证金收据。

9.2 投标人应按招标文件规定的金额缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。保证金到账（保函提交）截止时间与投标（响应）截止时间一致。

9.3 如无质疑或投诉，采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人的投标保证金；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后退还。但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.5 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.6 采购代理机构根据投标人填写的《投标保证金交纳声明函》将投标保证金自动划回投标人银行账号。

9.7 下列任何一种情况发生时，投标保证金将不予退回：

（1）投标人在招标文件中规定的投标截止日起的投标有效期内撤回其投标的。

（2）中标人无正当理由未能在规定期限内签订合同的。

（3）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定将中标项目分包给他人的。

（4）中标人未按本须知规定交纳招标代理服务费。

#### **四、招标代理服务费**

中标人须向采购代理机构缴纳的招标代理服务费，收费标准按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）执行。

1. 本项目以预算金额为缴费的计算基数，按差额定率累进法收取；

2. 招标代理服务费币种为人民币。

3. 中标人在领取《中标通知书》时，以公对公银行转账、电汇或现金（金额 1 万元以内）方式，向采购代理机构一次性支付代理服务费。采购代理机构收款人、开户行及帐号如下：

收款人：广州中曜招标代理有限公司

开户行：工商银行广州南村支行

账 号：3602070409200178179

费率 中标金额(万元)	类型	货物标	服务标	工程标
	100 以下		1.5%	1.5%
100-500		1.1%	0.8%	0.7%
500-1000		0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000		0.5%	0.25%	0.35%

例如：一年预算金额为 200 万元，以差额定率累进法计算招标代理服务费：

100 万元×1.5%=1.5 万元

(200-100) 万元×0.8%=0.8 万元

一年招标代理服务费=1.5 万元+0.8 万元=2.3 万元

二年招标代理服务费=2.3 万元×2=4.6 万元

## 第三章 用户需求书

### 一、项目概况

1. 项目名称: 广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心医疗设备采购项目
2. 采购预算: 101.21 万元
3. 采购方式: 公开招标
4. 中标人: 1 家
5. 非单一产品采购项目, 根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定本项目的核心产品, 并将其标记为“◆”号。

### 二、技术参数要求

#### (一) 耳温计 22 台 最高限价 1.76 万元

1. 全新设计的 Flexible tip 柔软弹性探头, 尤其适合婴幼儿柔嫩的耳道, 背部显示屏更加贴心直观, 特别的特别的预热功能保证测量的准确性, Exac Temp 技术配合回馈系统可灯光和声音双提示测量结果, 带识别正确测量位置功能, 轻盈的蜂鸣声提示, 采用人体工程学外型, 握持舒适, 贴心凹纹按钮。
2. 舒适: 适合成人与小孩共同使用, 最温和的体温测量工具。
3. 安全: 全新设计柔软侦测头、安全不伤耳道、全新护耳柔垫设计, 可避免细菌传染, 即使群众为共用也安全无误。
4. 快速: 只要 1-2 秒钟, 就能从耳朵测量的准确体温, 当宝宝持续发烧时, 可以随时测量, 快速得知体温变化。
5. 温和: 使用舒适、温和得让宝宝没有任何不舒服的感觉, 甚至睡觉时测量也不用担心吵醒宝宝。
6. 准确: 探测鼓膜及周围组织发射的红外线热量, 再通过内置微电脑晶片快速计算出准确的体温, 并且显示到小数点后一位, 解决了传统体温计刻度难以辨认的困惑, 经医院使用测试证明, 测温准确。

#### (二) 额温计 5 台 最高限价 0.3 万元

1. 测量模式: 额温、耳温
2. 测量类型: 红外测温
3. 显示功能: LCD 显示, 具有记忆功能
4. 记忆功能: 可存储 30 个最新值测量
5. 测量范围: 34°C-42.2°C
6. 摄氏度、华氏度自有切换

#### (三) 手腕式成人血压计 10 台 最高限价 0.6 万元

- 1、显示方式: 数字式
- 2、测量方式: 手腕式
- 3、测量范围: 压力: 0-299 mmHg (0-39.9kPa)
- 4、测量方法: 示波测定法
- 5、加压方式: 智能加压, 测量技术快速、精准
- 6、压力检测: 静电电容式压力传感器
- 7、精度 压力:  $\pm 3$  mmHg ( $\pm 0.4$ kPa) 以内
- 8、脉搏数: 精度为  $\pm 5\%$  脉搏数 40 跳/分-180 跳/分
- 9、存储容量: 可存储 30 次测量值
- 10、电源: 7 号干电池 (2 节)

附件: 主机、电池、收纳盒、说明书各 1

#### (四) 手腕式儿童血压计 5 台 最高限价 0.3 万元

1. 类型 手腕式
2. 工作模式 全自动
3. 加压方式 自动
4. 检测方式 腕式

5. 显示方式 自动式
6. 精度 <5 毫米汞柱
7. 测量范围 压力: 0~280mmHg 脉搏数: 40 跳/分~160 跳/分
8. 压力检测 压力传感器
9. 排气方式 快速放气
10. 测量方法 示波测定法
11. 血压值和脉搏值一起显示
12. 记忆组数 99 组测量值
13. 脉搏数 40 跳/分~160 跳/分
14. 电源类型 2 节 1.5V 的 7 号干电池
15. 电池寿命 在室温 23° C, 每天测量 3 次, 加压至 190mmHg (25. 3. kPa) 的条件下 7 号干电池 2 节可测量约 300 次

产品毛重 (kg): 0. 25

外包装尺寸 (mm): 约 70mm(宽)×70mm(高)×32mm (厚)

#### (五) 电子血压计 10 台 最高限价 0. 8 万元

- 1 测量原理: 示波法
- 2 显示方式: 数字 LCD 液晶显示
- 3 测量范围  
压力: 0~299mmHg 脉搏数: 40 次/分~180 次/分
- 4 测量精度  
压力: ±3mmHg 以内 脉搏数: 读数的±5%以内
- 5 测量功能
  - 5.1 袖带佩戴自检功能
  - 5.2 不规则脉搏检测
  - 5.3 误动显示提示
  - 5.4 60 组 A/B 分别记忆值
  - 5.5 最近三次测量平均值功能
- 6 手臂周长范围  
臂周长在 17~36cm 范围内的新型臂带
- 7 测量内容  
血压 (收缩压、舒张压)、脉搏数、平均值。
- 8 电源: 5 号干电池 4 节 (DC 6V )  
电源适配器 (100V~240V~50 Hz~60 Hz 0. 12A~0. 065A)
- 9 加压: 压力泵自动加压方式
- 10 减压: 电磁控制阀自动快速排气方式
- 11 压力检测: 静电电容式压力传感器
- 12 本体重量: 约 640g (不包括电池)
- 13 电击保护方式: II 类设备 (不使用电源适配器时为内部电源设备)、BF 型应用部分
- 14 使用环境温湿度: +5°C~+40°C, 15%RH~85%RH
- 15 保存环境温湿度: -20°C~+60°C (本产品符合 GB/T 14710 标准中低温贮存 (-40°C) 的要求, 为了更好地保证产品性能的稳定性, 本产品运输和保存温度不低于-20°C。), 10%RH~95%RH
- 16 运行大气压力: 700hPa~1060 hPa
- 17 运输和保存大气压力: 500 hPa~1060 hPa
- 18 外形尺寸 : 约宽 183mm×高 99mm×厚 230mm (不包括袖带)
- 19 袖带尺寸: 约宽 125mm×长 470mm (重量约 110g)  
空气管长 610mm

- 20 进液防护分类: 普通设备
- 21 运行模式分类: 连续运行
- 22 电磁兼容性: 1 组、B 类设备
- 23 标准配置
- 23.1 电子血压计 1 台
- 23.2 新型臂带和空气管 各 1 个
- 23.3 试用干电池 4 节
- 23.4 中文使用说明书 1 本 (附产品保证书、有害物质含有表、EMC 技术资料)
- 23.5 合格证 一张
- 23.6 电源适配器 1 个

**(六) ◆全自动血压计 2 台 最高限价 6 万元**

- 1 测量原理: 示波法
  - 2 显示: LCD 彩色显示
  - 3 测量位置: 左右臂均可
  - 4 手臂周长: 17~42cm 以上
  - 5 压力显示范围: 0~300mmHg
  - 6 测量范围: 血压: 40~260mmHg; 脉率: 40~180 拍/min
  - 7 测量精度  
压力精度:  $\pm 3\text{mmHg}$  ( $\pm 0.4\text{KPa}$ );  
脉搏测量精度:  $\pm 2\%$
  - 8 肘部位置传感器: 有
  - 9 臂筒角度调节: 可上下调节的活动臂筒 (针对身材高的使用者具有良好的测量保证功能)
  - 10 打印装置
  - 10.1 热敏式打印机、自动裁纸、多种模式可选
  - 10.2 全中文打印显示
  - 10.3 干扰情况用户提醒
  - 10.4 干扰波形图打印显示
  - 11 测量结果语音播报功能: 有
  - 12 平均测量功能 有
  - 13 广告功能: 有 (可根据需求编辑)
  - 14 超压保护: 压力超过 300mmHg 时, 急速排气保护。急速排气时间不大于 10 秒。
  - 15 具有平均测量功能, 当选择平均测量模式测量时, 将自动测量两次并取平均值, 若两次的测量值差距较大时, 将自动测量第三次并取平均值。
  - 16 通信数据输出
  - 16.1 RS-232 标准接口, 连接电脑同步管理
  - 16.2 专用软件配套 (专用数据线和专用软件)
  - 17 电击防护型式: Class I B 型
  - 18 抗菌设计对应 (需提供证明文件)  
外壳: 抗菌树脂 袖带: 抗菌布套
  - 19 操作环境: 温度  $10^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ , 湿度 30~85%RH
  - 20 储存环境: 温度  $-10^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$ , 湿度 30~95%RH
  - 21 排气速率
  - 21.1 臂带内压力 240mmHg-160mmHg, 排气速度: 4.4mmHg/sec-6.0mmHg/sec
  - 21.2 臂带内压力 160mmHg-80mmHg, 排气速度: 3.8mmHg/sec-6.0mmHg/sec
  - 21.3 臂带内压力 80mmHg-40mmHg, 排气速度: 2.8mmHg/sec-4.2mmHg/sec
- 标准配置

- 1-1 全自动电子血压计 1 台
- 1-2 血压计专用袖套布 2 只 (其中一个已安装)
- 1-3 专用桌椅 1 套
- 1-4 中文使用说明书 1 本
- 1-5 打印纸 1 卷
- 1-6 指示牌 1 个
- 1-7 电源线 一根

**(七) 全自动身高体重秤 4 台 最高限价:1.8 万元**

数码显控仪表, 机电测高与称重台面相结合, 测高立杆采用特制的铝合金型材。精密电子称重系统, 自动称重, 具有去皮、置零、校秤、自动锁定重量功能。

称重范围: 0-60kg 精度:  $\pm 50g$

机电测量身高, 数据实时显示

测量范围: 80-150cm 精度:  $\pm 1mm$

可选配座椅: 折叠座椅测量坐高

测量范围:  $>46cm$  精度:  $\pm 1mm$

搭载婴幼儿体格发育评价系统, 评价标准: WHO 标准、中国九市标准

通用标准 RS232 接口, 可实现 PC 微机组网管理

整机重量: 约 9kg, 结构可折叠携带下园下乡运输方便。

**(八) 便携式身高体重秤 4 台 最高限价 3.2 万元**

彩色头像、液晶数码背光显控仪表

精密电子称重系统, 自动称重, 具有去皮、置零、校秤、自动锁定重量功能

称重范围: 0-60kg(出厂默认)

精度:  $\pm 50g$ (出厂默认), 可根据用户需求定制  $\pm 10g$ 、 $\pm 20g$  精度

超声波实时自动测量身长/坐高, 两侧嵌入高精度刻度尺

测量范围: 30-105cm 精度:  $\pm 2mm$

搭载婴幼儿体格发育评价系统, 评价标准: WHO 标准、中国九市标准

语音播报功能

打印功能: 选配

通用标准 RS232 接口, 可实现 PC 微机组网管理

**(九) 黄疸仪 2 台 最高限价: 6 万元**

检测方法: 绿、蓝光比较, 光源反射式

显示方法: 三位数码 (LED) 显示 (两位整数, 一位小数), 单位为 mg/dl

示值误差:  $00\sim 15\pm 1$ ;  $16\sim 25\pm 1.5$

光源: 氙闪光灯, 寿命大于 10 万次

电源: AAA1.2V $\times 4$  充电电池组, 每充足一次电至少能检测约 500 次

开启准备时间: 小于 10 秒

重量 g: 约 245

体积 mm: 163 $\times$ 66 $\times$ 37

充电器: 输入 220V 50Hz. 3W, 输出 6.0V 300mA DC

校验盘: 对白色屏 (“00”) 显示 00.0 或 00.1

对黄色屏 (“20”) 显示 20.0 $\pm 1$

使用环境: 温度 $^{\circ}C$ : 5 $\sim$ 40

相对湿度:  $\leq 90\%$

大气压力 Kpa: 86.0 $\sim$ 106.0

**(十) 心电图机 2 台 最高限价: 6 万元**

1. 12 导心电图波形能同时打印于 A4 大小的热敏纸;



2. 起搏器采样率不低于 16,000Hz;
3. 无需选择灵敏度, 自动检测起搏器工作状态;
4. 电压分辨率不低于 1 $\mu$ V;
5. 模数转换不低于 24 位;
6. Glasgow 大学静息心电算法, 适用于所有年龄段的人群;
7. 开机出波形时间不超过 7 秒;
8. 内置存储容量不低于 800 份;
9. 电池单次充电至少可供打印 400 份报告;
10. 屏幕可预览完整的心电图报告;
11. 更改患者信息后, 可自动再分析心电波形, 并作出新的诊断;
12. 输入患者信息时, 屏幕下方可显示一道 ECG 实时波形作监护;
13. 可以 USB 线连接外置打印机, 将报告打印于 A4 纸;
14. 可支持条形码扫描枪接收患者;
15. U 盘可存储并转移 PDF 或 XML 格式的报告;
16. 波形增益: 2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动;
17. 记录仪分辨率: 水平 40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直 8 dots/mm;
18. 心电放大器: 直流耦合;
19. 走纸速度: 5, 12.5, 25 & 50 mm/s;
20. 重量不大于 5Kg。

**(十一) 心电监护仪 2 台 最高限价: 4 万元**

1. 一体式监护仪, 可用于监护成人, 儿童, 新生儿患者
2. >10 寸彩色 LED 显示, 彩色分辨率达 800\*600, 8 通道波形显示、可升级触摸屏
3. 360 度报警灯, 保证任何方向都可观察到报警信息
4. 主机带电池和记录仪重量<3.5kg.
5. 标准配置可监测心电, 呼吸, 无创血压, 血氧饱和度, 脉搏和体温
6. 3/5 导心电测量, 算法通过全球权威数据库 AHA 和 MIT-BIH 验证
7. 心电和呼吸采用全球领先 ASIC 芯片技术, 功耗更低, 稳定性更高
8. 可显示 PI 血氧灌注指数, 有效反映血氧灌注情况
9. 可选全球 Nellcor 血氧算法
10. 支持中/英文字符输入
11. 具有三级声光报警, 参数报警级别可调
12. 具备报警集中设置功能
13. 具备血液动力学、药物计算功能, 氧合计算, 通气计算, 肾功能计算
14. 可升级掉电存储功能、具备 Nurse Call 报警功能
15. 具备 120 小时趋势图表、100 个报警事件、100 个心律失常、1000 组 NIBP 测量的数据存储和回顾功能, 48 小时全息波形回顾.
16. 他床观察功能, 无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息
17. 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面, 大字体显示界面, 及标准显示界面等多种显示界面
18. 具备成人、小儿、新生儿三种病人配置, 支持 U 盘导入导出配置
19. 配置锂电池
20. 具备有线、无线、有线/无线、有线/无线/遥测混合联网功能;
21. 整机无风扇设计, 降低环境噪音干扰
22. 防水等级达到 IPX1 标准、产品使用材料通过 UL 安全认证
23. 通过 CE 认证、SFDA 认证

**(十二) 高级半身心肺复苏训练模拟具 1 套 最高限价: 0.3 万元**

1. 模拟标准气道开放显示。

## 2. 人工手位胸外按压显示报警:

2.1 按压位置正确、错误的条形数码指示灯显示及错误的报警。

2.2 按压强度正确(5~6cm 区域)、错误(<5cm<区域)的显示分别由条形(黄、绿、红)数码显示灯移动的动态反馈显示 CPR 按压深度及错误的报警提示。

## 3. 人工口对口呼吸(吹气)显示报警:

3.1 吹入的潮气量 $\leq 500\text{ml} \sim 600\text{ml}$ 的显示由条形(黄、绿、红)数码指示灯移动的动态反馈显示吹气量度及错误的报警提示。

3.2 吹入的潮气量过快或超大,造成气体进入胃部指示灯显示及报警。

4. 按压与人工呼吸比: 30:2 (单人或双人)

5. 操作周期: 按压与人工吹气 30:2 五个循环周期 CPR 操作。

6. 操作频率: 最新国际标准: 100 次/分。

7. 操作方式: 训练操作。

8. 电源状态: 采用 220V 电源, 经过稳压器稳压输出电源 6V。

9. 材料特点: 面皮肤、劲皮肤、胸皮肤、头发, 采用热塑弹性体混合胶材料, 由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成, 具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点

## 10. 标准套配置:

10.1 高级肤色半身人体模型一具;

10.2 高级显示器一台;

10.3 豪华手提袋一个;

10.4 屏障面膜(50 张/盒)一盒;

10.5 可换肺囊装置四套;

10.6 可换面皮一只;

10.7 保修卡、合格证;

10.8 使用手册一本;

10.9 2015 国际最新操作指南光盘 1 盘;

## (十三) 脊柱搬运板全套 1 套 最高限价: 0.25 万元

### 1、高强度脊椎固定板

高强度塑料脊椎板, 可以承重 400 磅(约 181 公斤)的负荷, 从 4 米高度自由落体不变形、不破裂。内部空心, 在水中不下沉。

担架周边均匀开提手口, 可供三人以上同时提、扛、抬;

板内有标准开孔, 专门配合头部固定器和胸肋夹板;

可选配备两条锁扣式辅助绑带, 确保移动伤员时的安全与稳定;

适合山地、水域、楼梯以及狭小地带等各种恶劣环境抢救。

产品尺寸: 1845×450×50mm

净重: 7.5KG

X-RAY 可投射性

常规颜色: 橙色

材料: HDPE

### 2、头部固定器

采用高密度塑料制成, 两边留有两个耳孔;

可与铲式担架或板式担架同时使用;

可减少使用 X 光、核磁共振成像或 CT 扫描时的辐射;

防水、易清洁、防病毒感染。

展开尺寸: (L×W×H: 42×26×18cm)

### 3、颈托

固定锁确保颈托的稳定和对称  
超大型气道开口便于颈动脉监测和进一步的气道管理  
后方的开孔设计便于触诊和透气  
具有 X 光、MRI、CT 穿透效果  
尺寸设计适合各种病人

**(十四) ◆全科医生诊断系统 3套 最高限价：10.5 万元**

全科诊断系统，一体化集成结构设计，电源、控制、显示均进行优化集成处理，整个产品紧凑和谐，同时布局合理。产品主要由无液血压表、直接检眼镜、检耳镜、红外耳式体温计、指夹式脉搏血氧仪、血糖仪和储物盒等组成。可实现血压、眼部、耳道鼻道、体温、脉搏、血氧、血糖等参数的检测。

技术参数列表

序号	组件	主要规格参数和技术指标
1	无液血压表	a) 环保无水银 b) 手动吹球充放气 c) 采用机械压力充气测量方法，即传统柯氏音法（血压测量金标准），配合听诊器听取测量，满足常规医用血压测量方法。 d) 15cm 压力显示表盘，表盘可左右旋转，便于不同角度观测 e) 双刻度表盘，避免视觉误差，测量结果人工读取 f) 袖带无橡胶成分，具有防菌，消毒作用，袖带管可伸延至 3 米 g) 最小分度值：2mmHg 和 0.5KPa h) 测量范围：0~300mmHg 和 0~40KPa i) 允许误差范围：±3.75mmHg (±0.5KPa)
2	直接检眼镜	a) 检镜头具有 28 个屈光度分阶，-25 到+40D 屈光度 b) 眼底镜头具有 6 种光阑盘及 3 种滤波 c) 手柄可调节光的亮度 d) 当手柄取下时电源将自动接通，当手柄归位时电源将自动切断 e) 光源采用 HPX 卤素灯泡
3	检耳镜	a) 光纤冷光源 360° 无影光环照明，具有鼓气球囊插口 b) 矩形视窗放大透镜可放大 2 倍，并可左右移开，使器械可伸入耳道进行操作 c) 可用于耳鼻检查 d) 卫生安全：一次性窥耳器 e) 支持成人和儿童两种孔径窥耳器 f) 手柄可随意调节光的亮度 g) 当手柄取下时电源将自动接通，当手柄归位时电源将自动切断 h) 光源采用 HPX 卤素灯泡
4	红外额式测温仪	a) 环保无水银； b) 显示：采用液晶屏显示，可读取测量数据； c) 20 组数据存储 d) 温度测量范围：32.0℃-43.0℃； e) 分辨率：0.1℃； f) 无操作 60 秒后自动关机 g) 准确度：32.0℃~34.9℃，最大允许误差±0.3℃ 35.0℃~42.0℃，最大允许误差±0.2℃ 42.1℃~42.9℃，最大允许误差±0.3℃
5	指夹式脉搏血氧仪	a) OLED 双色显示屏，在不同光线条件下都可读数 b) 可显示血氧饱和度 (SP02%)、可显示脉率 (PRbpm)、脉搏幅度和脉搏容积波。 c) 光电血氧检测技术结合容积脉搏描记技术 d) 血氧饱和度显示范围为 70 - 100% e) 脉率显示范围为 25 - 250 BPM f) 具有功能开关，无手指插入时可自动关机

6	血糖仪	a) 餐前餐后提示标识, 定时提醒功能 b) 300 个血糖检测结果, 自动计算平均值, 全面管理血糖 c) 无需手动调码, 避免因错误调码产生的误差 d) 1 节 CR2032 纽扣电池, 测量大约 1000 次 e) 测量范围: 1.1mmol/L~33.3mmol/L f) 测试速度: ≤5S g) 测试样本用量: 0.5uL
7	其他组件	a) 集成设计, 一体化, 方便管理 b) 同一品牌 c) 储物盒: 存放一次性耗材

**(十五) ◆盆底评估治疗仪 2 台 最高限价: 56 万元**

适用范围: 对患者表面肌电信号进行采集、分析和生物反馈训练, 通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗。

临床应用: 女性产后盆底康复、各种尿失禁、器官脱垂、性功能障碍、肌源性盆底痛、间质性膀胱炎、性交痛以及盆底术后功能恢复等。

硬件参数:

1. ≥2 个 EMG/STIM/EMG-STIM 通道, 各通道相互独立。
2. AD 采样率: ≥8100Hz。
3. 采样位数: ≥16 位。
4. 通频带: ≥25Hz~480Hz (-3dB)。
5. 最高分辨率: ≤0.2μV (r.m.s)。
6. 刺激电流强度: ≥0~100mA。
7. 电刺激脉冲宽度: ≥20~800μs。
8. 电刺激脉冲频率: ≥2~220Hz。
9. 内置云模块, 与其他筛查评估设备以及治疗设备无线共享诊疗数据。
10. 工业级计算机, 内置机箱, 抗电磁干扰性能突出。
11. 一键式开机, 直接进入软件操作界面, 一键式关机, 无需等待。
12. 主机可接地线, 去除电磁干扰。

软件参数:

1. 内置筛查及评估双模式, 筛查分为快速筛查和标准筛查两种。
2. 筛查模式用于短时间内筛查出盆底肌异常者, 快速筛查耗时约 1 分钟, 标准筛查耗时约 2 分半钟。筛查指标包括: 前静息平均值、前静息变异性、快速收缩上升时间、快速收缩最大值、快速收缩下降时间、持续收缩平均值、持续收缩变异性、后静息平均值、后静息变异性。
3. 盆底表面肌电评估 (Glazer 评估), 用于标准化全面的盆底肌评估, 耗时约 6 分钟。评估指标包括: 前静息平均值, 前静息变异性, 快速收缩上升时间, 快速收缩最大值, 快速收缩下降时间, 持续收缩平均值, 持续收缩变异性, 耐久收缩平均值、耐久收缩变异性、耐久收缩后前 10 秒比值、后静息平均值, 后静息变异性。
4. 评估报告包括评估指数数值、肌电图、报告简要解读说明和治疗建议。
5. 系统自动对筛查评估的每个阶段进行打分, 并计算出整个过程的最终得分。
6. 自动分析外界因素对肌电信号的影响, 并实时显示肌电信号的质量。
7. 多种治疗模式, 包括神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、Kegel 模板训练、游戏训练、放松训练等。
8. 肌电触发电刺激模式包括阈值上刺激和阈值下刺激, 阈值设置方式分为自动和手动两种。
9. Kegel 模板的坐标采用 MVC% (最大收缩力的百分比) 格式显示, 便于患者清楚意识到该使用多大的收缩力进行训练, 有助于科学训练。
10. 内置数十种盆底康复方案和产后康复方案, 且所有方案可以导入、导出。

11. 疗程化方案治疗, 自动按照当前治疗次数选择对应的治疗方案进行治疗, 也可手动调整方案。
12. 具有强大的方案自定义功能, 可用于疗程化方案设置, 所有治疗模式可以自由组合, 形成个性化治疗方案, 单次治疗最多可有 10 个治疗模式。
13. 电刺激方案自定义可以对频率、波宽等参数按照调节精度进行连续调节设置。
14. 治疗过程中可以对电刺激的强度、频率、脉宽、刺激时间、休息时间等参数进行实时调节。
15. 调制电刺激模式, 可实现刺激过程中不同频率以及不同脉宽之间转换。
16. 每次治疗过程中无需多次选择治疗模式, 实现无中断治疗。
17. 系统根据盆底肌筛查评估结果自动生成相应的训练方案, 通过无线方式传输至家庭训练设备。
18. 系统可无线接收家庭训练数据, 便于医护人员分析并提供科学的训练指导。
19. 患者的家庭训练数据可实时上传至云端系统, 医生可实时观察患者家庭训练情况。
20. 系统可对接外部多个信息平台, 包括在线医学教育平台、医生交流平台、医患沟通平台等。
21. 患者可通过系统实时进行医院的诊疗预约, 医生可对患者预约信息进行管理。
22. 系统可对任一时间段的预约信息进行统计分析。
23. 医生可对诊疗预约进行个性化设置, 包括: 预约次数、允许预约时间、预约设备管理和预约时间段管理等。
24. 患者的所有诊疗数据可独立存储于服务器并可上传至云端数据库, 医生可远程进行诊疗数据的管理。
25. 产后康复方案具有电极片粘贴示意图。
26. 所有电刺激方案的刺激电流可以在治疗前预设。
27. 强大的数据管理功能, 对工作量进行统计, 还可对所有评估筛查及治疗数据进行查看、删除等操作。

序号	项 目	配 置	单位	数量
1	主机	2 通道信号采集放大信号器 (筛查评估模块)	套	1
2		2 通道电刺激输出模块 (产后康复模块)		
3		显示终端	块	1
4		工业级计算机 (内置)	台	1
5	软件	生物刺激反馈软件 (盆底版)	套	1
6	附件	电源线	根	1
7		一次性使用阴道电极转接线	根	1
8		电刺激 1 分 5 电极线	根	2
9		一次性使用阴道电极 (含隔棉)	个	5
10		阴道电极	个	1
11		粘胶电极片 (乳房电极片)	对	2
12		粘胶电极片 (塑形)	对	2
13		直肠电极	对	1
14		粘胶电极片 (方形 50*50mm)	对	1
15		参考电极 (粘胶电极片--方形)	对	1
16		用户手册	本	1
17		合格证	张	1
18		保修卡	张	1
19		短柄十字起 (安装用)	把	1
20		单屏支架 (支架装饰盖)	套	1
21	迷你键盘	个	1	

22		鼠标	个	1
23		小音箱	套	1
24		头戴式耳机	套	1
25		鼠标垫	个	1
26		人体润滑剂 (57g)	个	1
27		地线 (5 米)	根	1
28		打印机	台	1
29	推车	豪华医学推车	台	1
30	盆底肌肉康复器		套	1
31	服务	装机指导, 工作日 8 小时免费客服电话服务		
32		主机壹年免费质保 1 年		

**(十六) 艾灸仪 2 台 最高限价：1 万元**

- 1、设备由主机、艾灸盒、艾绒片、电源适配器等组成。
- 2、显示方式：液晶屏显示，屏幕尺寸 80mm\*50mm
- 3、工作条件：环境温度：0- 40° 相对湿度：30%-80%；
- 4、电源要求：12V3. 34A，额定功率：40w
- 5、输出通道：可同时使用 6 个艾灸头，单一灸头温度独立可控
- 6、温度调节范围：30℃-70℃默认治疗温度 50℃；，控温精度±3℃，调节单步长 3℃
- 7、治疗时间：0min-99min 可调，步长为 1 分钟，默认治疗 30 分钟；
- 8、加热方式：陶瓷片加热；用 10K 热敏电阻采集温度；
- 9、具有 MP3 播放功能，可插入 TF 卡(手机内存卡) 导入歌曲。
- 10、具有蜂鸣器提示音功能，按键和治疗结束时，蜂鸣器鸣叫提示

**(十七) 医用 ABS 塑料抢救车 1 张 最高限价：0.3 万元**

1. 规格：630x475x920mm
2. 主要由铝、钢、ABS 工程塑料结构组成；塑钢四柱承重；
3. ABS 底面注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有 304 材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃；
4. 车体左侧：隐藏式副工作台、杂物盒；
5. 车体右侧：配网篮内分隔片，可放洗手液、剪刀、两升锐器盒、ABS 双污物桶分色；
6. 车体背后：五个物料盒
7. 车体正面：中控锁，配置有两层抽屉、第一小抽面 80mm，内空：424\*375\*68mm 二层中抽面 120mm 内空：424\*375\*110mm 抽屉内 3\*3 分隔片，可自由分隔，抽屉拉手为燕尾款式、封口插槽式表示牌、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向. 上倾斜便于观望、拉手内层模具加厚手感更加踏实，下部为对开[ ]，柜式结构，可存放比较大的物品；
8. 车体底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；

**(十八) 平车 1 张 最高限价：0.1 万元**

需求名称	四小轮担架车（不锈钢）		
规格	L1900×W630×H650mm		
功能	1	平板带冲孔式床面；	
	2	上拉下翻式不锈钢圆管护栏；	
	3	承载重量：≥200kg	
材质	1	床面外框架采用：φ 38X1. 2mm 不锈钢圆管，床面用 T1. 0mm 不锈钢板；	
	2	四脚采用：φ 38X1. 2mm 不锈钢圆管，加强用φ 25X1. 0mm 不锈钢管；	
	3	护栏采用：φ 22X1. 0mm 不锈钢圆管；	

	4	床脚采用 5 寸万向轮, 高耐磨, 无噪音, 带刹车装置, 稳定性好。
	5	配输液杆一支;
	6	此车整体坚实稳固、美观大方、操作简单方便。

**(十九) 不锈钢中药柜 1 台 最高限价: 2 万元**

内容名称		立式中药柜
规格		外形尺寸: 980(L) X400(W) X1980mm(H)
技术说明	1	中药柜由一对掩门、抽屉组成;
	2	中药柜由上而下是一对掩门, 门内无隔板, 门内可放中药或其它物品;
	3	掩门下是十排抽屉, 每排抽屉有四个抽屉, 共有 40 个抽屉, 抽屉用胶轮导轨, 导轨不易损坏;
材质	1	中药柜采用 304# 不锈钢经压折、焊接成型; (可选用冷扎钢喷塑);
	2	侧板用料厚 T0.9mm; 底板、层板, 抽屉用料厚 T0.8mm; 柜内管料厚 T1.0mm;
	3	抽屉用五金桥形拉手;
	4	整体坚实稳固、美观大方、操作灵活方便。

**三、商务要求**

**1. 验收要求:**

(1) 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者, 采购人应做出详尽的现场记录, 或由采购人和投标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由投标人承担。

(2) 如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏, 投标人应及时安排换货, 以保证合同货物成功完整交付, 换货的相关费用由投标人承担。

**2. 售后服务要求**

(1) 质保期: 货物从验收合格之日起质保期一年, 质保期内如货物非因采购人的人为原因而出现的质量问题由投标人负责包修、包换或包退, 并承担修理、调换或退货的实际费用。投标人不能修理或不能调换, 均按不能交货处理。

(2) 质保服务方式均为投标人上门保修, 即由投标人派员到采购人货物使用现场维修。提供 24 小时急修服务与技术支持, 接到急修通知, 按规定时间到达;

(3) 投标人须提供相应的技术培训, 保证操作者完全熟悉设备的全部功能, 并提供设备原版的维修手册。操作及维护培训的主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理, 日常使用操作、保养与管理, 常见故障的排除, 紧急情况的处理等。培训地点应在设备安装现场或协商安排。

3. 本项目为大包干项目。投标报价包括设备设计、货物制造、货物及配件购置、包装、仓储、运输、安装、调试、检测、验收、技术服务(包括说明、图纸等资料的提供)、培训、质保期保障、备品备件、版权专利、所有税费和其他服务以及合同实施过程中应预见和不可预见的一切费用。如发生缺漏项视同已包含在报价之中。

4. 供货期限: 合同签订之日起 15 个工作日完成供货、安装调试并交付采购人正常使用。

5. 供货地点: 采购人指定地点。

**四、付款方式说明**

1. 货物全部安装、调试完毕并验收合格后, 中标人凭有效文件由采购人在 15 个工作日之内支付合同总金额的 95%, 剩余 5% 作为质保金, 在质保期满后 10 个工作日内无息一次支付完成。

2. 中标人需凭以下有效文件与采购人结算:

2.1 合同;

2.2 中标人开具的等额正式发票;

2.3 中标通知书。

## 第四章 合同（样本）

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

# 政府采购 合同书 (货物类)

项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_



甲方（采购人）：

合同编号：

统一社会信用代码：

乙方（中标供应商）：

签约地点：

统一社会信用代码：

根据\_\_\_\_\_项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，本着平等互利和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

**一、项目内容**

乙方负责向甲方供应下表中所列设备及负责安装调试。

序号	名称	规格型号	生产厂家	存放地点	数量	单价	总价	随机配件	交货时间
1									
2									
...									
合同总额：（大写）；							小写：¥ 元		

本项目为大包干项目。合同总额包括设备设计、货物制造、货物及配件购置、包装、仓储、运输、安装、调试、检测、验收、技术服务（包括说明、图纸等资料的提供）、培训、质保期保障、备品备件、版权专利、所有税费和其他服务以及合同实施过程中应预见和不可预见的一切费用。如发生缺漏项视同已包含在合同总额之中。

**二、商务要求**

1. 验收要求：

(1) 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲方和乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

(2) 如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付，换货的相关费用由乙方承担。

2. 售后服务要求

(1) 质保期：货物从验收合格之日起质保期\_\_\_\_\_年，质保期内如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，均按不能交货处理。

(2) 质保服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到甲方货物使用现场维修。提供 24 小时急修服务与技术支持，接到急修通知，按规定时间到达；

(3) 乙方须提供相应的技术培训，保证操作者完全熟悉设备的全部功能，并提供设备原版的维修手册。操作及维护培训的主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。培训地点应在设备安装现场或协商安排。

3. 供货期限：合同签订之日起\_\_\_\_\_个工作日完成供货、安装调试并交付甲方正常使用。

4. 供货地点：甲方指定地点。

**三、付款方式说明**

1. 货物全部安装、调试完毕并验收合格后，乙方凭有效文件由甲方在 15 个工作日之内支付合同总金额的 95%，剩余 5%作为质保金，在质保期满后 10 个工作日内无息一次支付完成。

2. 乙方需凭以下有效文件与甲方结算：

- 2.1 合同；
- 2.2 乙方开具的等额正式发票；
- 2.3 中标通知书。

**四、违约责任与赔偿损失**

- 1. 乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。
- 2. 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
- 3. 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的 3‰向乙方偿付违约金。
- 4. 违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

**五、不可抗力：**任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

**六、争议的解决**

合同执行过程中双方如有争议，应友好协商解决，协商不成，双方同意选择以下第（\_\_\_）项方式解决：

- (1) 提交中国广州仲裁委员会仲裁
- (2) 向合同签订所在地人民法院提出诉讼。

**七、税费：**在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

**八、其它**

- 1. 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
- 2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
- 3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
- 4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

**九、合同生效**

- 1. 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。
- 2. 本合同共 份，具有同等法律效力，甲方执 份，乙方执 份，招标代理公司及政府采购管理办公室各执 1 份，合同自签字之日起即时生效。

**甲方（盖章）：**

代表：

签定日期： 年 月 日

签定地点：

**乙方（盖章）：**

代表：

签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

正本/副本

# 投标文件

(资格审查部分/技术商务部分)

项目名称: \_\_\_\_\_

项目编号: \_\_\_\_\_

供 应 商 (盖章): \_\_\_\_\_

法定代表人签字: \_\_\_\_\_

(或委托授权代表)

日 期: \_\_\_\_\_

## 第一册 资格审查部分

### 资格审查部分索引目录表

项目名称：

文件类型	序号	文件名称	提交情况		页码范围	备注
			有	无		
投标人应提交的资格性文件 (加盖投标人公章)	1	《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函				
	2	关于资格文件声明				
	3	有效的营业执照副本或事业单位法人证书或其他组织证明复印件				
	4	财务报表复印件				
	5	纳税证明复印件				
	6	社保证明复印件				
	7	信用记录查询结果打印页				
	8	《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》或《食品药品经营许可证》(具备医疗器械经营范围)或《医疗器械经营备案凭证》				
	9	所投产品具有医疗器械注册证或备案证明(如国家有相关规定)				
	10	公平竞争承诺书				
	11	投标保证金交纳声明函				
	12	交纳招标代理服务费承诺书				

1. 《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

广州中曜招标代理有限公司：

本公司\_\_\_\_\_（投标人名称）对《政府采购法》第二十二条规定条件做出如下承诺：

- 1. 我公司具有独立承担民事责任的能力；
- 2. 我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3. 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4. 我单位有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
- 5. 我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
- 6. 我单位符合法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺！

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期：

## 2. 关于资格文件声明

### 关于资格文件声明

致：广州中曜招标代理有限公司：

关于贵方\_\_\_\_\_采购项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的投标邀请，我公司愿意参加投标，并声明：本公司具有符合招标要求的良好商业信誉和健全的财务会计制度、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，三年内无因自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，无被责令停业或暂停投标记录，无经济方面的犯罪或严重违法记录，无发生过重大安全事故或责任事故。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。并证明以下提交的投标文件和及相关证明文件是准确真实、完整有效的：

1. 有效的营业执照副本或事业单位法人证书或其他组织证明复印件、组织机构代码证复印件、企业税务登记证（国税/地税）复印件；
2. 财务报表复印件；
3. 纳税证明复印件；
4. 社保证明复印件；
5. 信用记录查询结果打印页；
6. 《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》或《食品药品经营许可证》（具备医疗器械经营范围）或《医疗器械经营备案凭证》；
7. 所投产品具有医疗器械注册证或备案证明（如国家有相关规定）；
8. 投标人认为必要的其他文件。

注：相关证明文件附后，所有资料都必须加盖公章

特此声明！

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期：

### 3. 公平竞争承诺书

## 公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与\_\_\_\_\_项目的公平竞争，以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

时间： 年 月 日

4. 投标保证金交纳声明函

投标保证金交纳声明函

致：广州中曜招标代理有限公司

本单位已按\_\_\_\_\_采购项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的招标文件要求，于\_\_年\_\_月\_\_日前以\_\_\_\_\_（付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：\_\_\_\_\_, 账号\_\_\_\_\_, 开户银行：\_\_\_\_\_）。

本单位投标保证金的汇款情况：

汇出时间：\_\_年\_\_月\_\_日；

汇款金额：（大写）人民币\_\_\_\_\_元（小写：¥\_\_\_\_\_元），

汇款账户名称：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

开 户 银 行：\_\_\_\_\_

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿责任等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。



投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期：



**5. 交纳招标代理服务费承诺书**

**交纳招标代理服务费承诺书**

致：广州中曜招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的\_\_\_\_\_采购项目（项目编号：\_\_\_\_\_）公开招标采购项目中被确定为中标人，我方保证在领取《中标通知书》之时，按照招标文件的规定向贵公司交纳招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的 200%在我方提交的投标保证金及采购人与我方签订的采购合同款项中扣付，并在此同意和要求采购人应广州中曜招标代理有限公司要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

电 话：

承诺日期： 年 月 日

## 用户评价

致：广州中曜招标代理有限公司

在“广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心医疗设备采购项目”（项目编号：ZY140G1079H12513）的招标代理工作中，贵司作为采购人委托的招标代理机构，我司做出的评价为：

工作质量：满意 较满意 一般

服务态度：满意 较满意 一般

您认为中曜招标在今后需要改进的地方是：

特此评价！

投标人全称（加盖公章）：

日期：2019年 月 日

## 第二册 技术商务部分

### 1. 符合性及技术商务部分评审索引目录表

#### 符合性及技术商务部分评审索引目录表

项目名称：

文件类型	序号	文件名称	提交情况		页码范围	备注
			有	无		
目录部分	1	符合性及技术商务部分评审目录索引表				
	2	技术评审目录索引表				
	3	商务评审目录索引表				
投标人应提交的符合性文件 (加盖投标人公章)	1	投标函				
	2	法定代表人证明书				
	3	法人授权委托书				
	4	实质性指标响应表				
投标人应提交的商务文件 (加盖投标人公章)	1	企业情况表				
	2	商务条款响应表				
	3	同类业绩				
	4	制造商(或总代理)授权书(如有)				
	5	售后服务方案				
	6	投标人认为有需提供的其他商务资料				
投标人应提交的技术文件 (加盖投标人公章)	1	技术条款响应表				
	2	拟任项目技术服务人员情况				
	3	整体技术方案				
	4	政策适用性说明				
	5	中小企业声明函				
	6	监狱企业的证明文件(如有)				
	7	残疾人福利性单位的声明函及证明文件(如有)				
	8	投标人认为需提供的其他技术资料				
价格文件	1	开标一览表				
	2	报价明细表				

注：投标人应当根据技术及商务评审打分内容提供相应的证明材料，如未提供，评委有权认为不具备或不符，并影响投标人的得分。

**2. 技术评审目录索引表**

**技术评审目录索引表**

项目名称：

序号	评审分项	页码范围
1		
2		
3		
4		
...		

注：投标人应当根据技术及商务评审打分内容提供相应的证明材料，如未提供或提供不全，评委有权认为不具备或不符合，并影响投标人的得分。

**3. 商务评审目录索引表**

**商务评审目录索引表**

项目名称：

序号	评审分项	页码范围
1		
2		
3		
4		
...		

注：投标人应当根据技术及商务评审打分内容提供相应的证明材料，如未提供或提供不全，评委有权认为不具备或不符合，并影响投标人的得分。

一、符合性文件

1. 投标函

投标函

致：广州中曜招标代理有限公司

根据贵公司 “\_\_\_\_\_采购项目 ” 的投标邀请，我方\_\_\_\_\_（投标人名称）作为投标人正式授权\_\_\_\_\_（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，已按招标文件的要求密封封装。包括但不限于如下内容：

- (1) 投标文件正本\_\_份，副本\_\_份，电子文件\_\_份（按招标文件要求的内容编制）；
- (2) 唱标信封\_\_份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- (一) 我方决定参加项目编号：\_\_\_\_\_的投标；
- (二) 本项目的投标报价（详见开标一览表）；
- (三) 本投标文件的有效期自递交投标文件截止日后 90 天有效，如中标，有效期延至合同终止日为止；
- (四) 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。
- (五) 我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后，投标有效期之撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；
- (六) 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；
- (七) 我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，我理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；
- (八) 我方报价为提供招标文件规定的全部内容的报价。我方的报价不低于服务的成本价，如果我方中标后，在服务内容没有变更的情况下，要求采购人增加费用，视同我方违约，我方无条件接受采购人的违约处罚。
- (九) 我方如果中标，将保证履行招标文件以及答疑纪要、澄清补充通知等招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同》中的全部任务；
- (十) 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

收件人单位	地址	邮编	收件人姓名	联系电话

投标人全称（盖公章）：  
 法定代表人或授权代表（签名或盖章）：  
 日 期：

## 2. 法定代表人证明书

### 法定代表人证明书

\_\_\_\_\_先生/女士，现任我单位法定代表人，特此证明。

法定代表人性别：\_\_\_\_\_

年 龄：\_\_\_\_\_

身 份 证 号 码：\_\_\_\_\_

营业执照注册号：\_\_\_\_\_

日 期：

单 位（盖章）：

<p>法定代表人 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）</p>
------------------------------------

### 3. 法人授权委托书

## 法人授权委托书

本授权书声明：\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人\_\_\_\_\_（姓名、职务）代表本单位授权\_\_\_\_\_（授权代表姓名、职务）为本单位的合法代理人，代理参加项目编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_采购项目的投标和签订合同，作为投标人代表以本单位的名义处理一切与之有关的事宜。\_\_\_\_\_（授权代表姓名）以我单位名义所为的行为及签署的文件，我单位均予以认可。有关法律责任均由我单位承担。

代理人无转委托。

本授权书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效，特此声明。

法定代表人签字：

职 务：

投标人代表（被授权代表）签字：

职 务：

日期：

单位（盖章）

投标人代表（被授权代表） 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）
-----------------------------------

4. 实质性指标响应表

实质性指标响应表

项目名称：

序号	招标文件内容提要	投标文件响应章节页码
1		
2		
3		
...		

注：

- 1. 投标人须对招标文件中所有“★”号指标进行响应，并按投标文件中响应章节和页码填写此表，本表内容不得擅自修改。
- 2. 请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期：



二、商务文件

1. 企业情况表

企业情况表

项目名称：

单位名称		组织机构代码				
单位性质		注册资金				
注册地址		税务登记证号				
经营地址		营业期限				
法定代表人		委托代理人				
联系电话		传真				
经营范围						
单位简介及 机构设置						
员工数量	共__人，其中，高级职称__人，中级职称__人					
财务情况	年度	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	资产负债率

**2. 商务条款响应表**

**商务条款响应表**

项目名称：

序号	商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同各项条款要求		
2	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求		
3	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务		
4	供货期限：合同签订之日起 15 个工作日完成供货、安装调试并交付甲方正常使用		
5	供货地点：采购人指定地点		
6	经验要求：投标人企业在经营范围内投标，且近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录		
7	本项目为大包干项目。投标报价包括设备设计、货物制造、货物及配件购置、包装、仓储、运输、安装、调试、检测、验收、技术服务（包括说明、图纸等资料的提供）、培训、质保期保障、备品备件、版权专利、所有税费和其他服务以及合同实施过程中应预见和不可预见的一切费用。如发生缺漏项视同已包含在报价之中		
8	项目概况：按照招标文件用户需求及合同格式中的相关要求		
9	商务要求：按照招标文件用户需求及合同格式中的相关要求		
10	质保期：货物从验收合格之日起质保期一年		
11	付款方式说明：按照招标文件用户需求及合同格式中的相关要求		
12	同意采购人以任何形式对我方投标文件内容及采购人认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证		

注：1. 对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应处理。构成提供虚假材料的，移送财政部门处理。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期：

3.同类业绩

同类业绩

项目名称：

序号	业主名称	项目名称	金额（元）	项目时间	业主单位联系人及电话

注：提供同类项目业绩（按采购项目内容或评审表要求为准提供有效的证明文件）

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期：

4. 制造商（或总代理）授权书(如有)

制造商（或总代理）授权书（格式仅供参考）

（适用于非供应商生产的投标标的，且招标文件规定应提供的情况）

致：广州中曜招标代理有限公司：

我方\_\_\_\_\_（制造商名称）是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人，主要营业的地点设在\_\_\_\_\_（制造商地址）（总代理地址）。兹授权\_\_\_\_\_（供应商名称）作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1. 代表我方办理贵方项目编号为\_\_\_\_\_、项目名称：\_\_\_\_\_的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的\_\_\_\_\_（投标标的名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。
2. 作为制造商，我方保证以供应商合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。
3. 我方兹授权\_\_\_\_\_（供应商名称）全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认\_\_\_\_\_（供应商名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。
4. 授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若供应商未中标，其有效期至该项目招投标活动结束后自动终止。
5. 我方于\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日签署本文件，\_\_\_\_\_（供应商名称）于\_\_年\_\_月\_\_日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

职务：\_\_\_\_\_

部门：\_\_\_\_\_

供应商名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

职务：\_\_\_\_\_

部门：\_\_\_\_\_

年 月 日

供应商也可提供有效的经销商证书或代理商证书。

## 5. 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1. 售后服务措施、免费保修期；
2. 应急维修时间安排，服务响应时间；
3. 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员；
4. 维修服务收费标准；
5. 制造商的技术支持；
6. 其它服务承诺；
7. 投标人认为必要的其它内容。

三、技术文件

1. 技术条款响应表

技术条款响应表

项目名称：

序号	招标规格/功能要求	投标实际参数 (投标人应按投标货物/ 服务实际数据填写,不 能照抄招标要求)	偏离情况 (正偏离/无偏离/ 负偏离)	说明
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注：

1. 投标人必须对应招标文件“用户需求书”中“二、技术参数要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2. 如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“正偏离/负偏离”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无偏离”。
3. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期：

2. 拟任项目技术服务人员情况

拟任项目技术服务人员情况

项目名称：

序号	姓名	职称或学历	年龄	经验年限	曾主持/参与的同类项目经历	电话	本项目中拟担任职务

注：按采购项目内容和评审表要求为准提供有效的证明文件

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期：

### 3. 整体技术方案

#### 整体技术方案（格式自定）

投标人应按招标文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的方案及提供认为必要的其它内容。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为投标人履约能力不足或响应不全处理。



4. 政策适用性说明

政策适用性说明

项目名称：

中小企业扶持政策	如属所列情形的，请在括号内打“√”： ( ) 小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 ( ) 中小企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容：			
	产品名称（品牌、型号）	制造商	制造商企业类型	金额
	小型、微型企业产品金额合计			
环境标志产品	主要产品/技术名称 (规格型号、注册商标)	制造商/开发商	认证证书编号	使用价值量占 总金额比重 (累计%)
节能产品				

注：

1. 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。
2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。
3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。

投标人全称（盖公章）：  
 法定代表人或授权代表（签名或盖章）：  
 日 期：

## 5. 中小企业声明函

### 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造/提供的货物/服务，由本企业承担工程、提供货物/服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造/提供的货物/服务。本条所称货物/服务不包括使用大型企业注册商标的货物/服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1. 本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用。

2. 如果投标人不是中小企业的，可不提供该中小企业声明函。

**6.监狱企业的证明文件（如有）**

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

**7. 残疾人福利性单位的声明函及证明文件（如有）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

**四、价格文件**

**1.开标一览表**

**开标一览表**

项目名称：

投标人名称	投标报价（元）	备注
	小写（人民币）：	

注：

1. 本项目为大包干项目。投标报价包括设备设计、货物制造、货物及配件购置、包装、仓储、运输、安装、调试、检测、验收、技术服务（包括说明、图纸等资料的提供）、培训、质保期保障、备品备件、版权专利、所有税费和其他服务以及合同实施过程中应预见和不可预见的一切费用。如发生缺漏项视同已包含在报价之中。
2. 此表除作为价格文件的一部分外，还应另外与法人授权委托书、投标保证金交纳声明函一起密封在唱标信封中单独提交。
3. 对含糊不清或不确定的投标报价将视为无效报价。

投标人全称（盖公章）：  
 法定代表人或授权代表（签名或盖章）：  
 日 期：

2. 报价明细表

报价明细表

项目名称：

一、设备及材料详列							
序号	分项名称	品牌、规格型号 主要技术参数	单位	数量	单价	合计	备注
合计				数量合计：		报价合计： 元	
二、伴随服务详列							
序号	分项名称	具体服务内容	单位	数量	单价	合计	备注
合计				数量合计：		报价合计： 元	
投标报价合计				(大写) 人民币 元 整 (¥ )			

注：

1. 此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。
2. 此表中的投标报价合计应等于“开标一览表”中的投标报价。
3. 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期：

## 唱标信封

唱标信封内装（为方便唱标，单独用一个信封包装）：

1. 开标一览表
2. 法人授权委托书
3. 投标保证金交纳声明函

## 第六章 评标办法

### 一、概述

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和国家及地方有关文件办法及相关法律、法规的规定确定以下评标方法、步骤及标准：

### 二、开标

1. 采购代理机构在投标邀请函中规定的日期、时间和地点组织公开开标。**投标人法定代表人或其授权代表必须持本人有效居民身份证准时参加开标会并签名以证明其出席。**

2. 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

3. 开标时，由前 3 名递交标书的投标人作为投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封“唱标信封”，宣读投标人名称、投标价格、是否提交了投标保证金和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

4. 大写金额和小写金额不一致的，以**大写金额**为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第五条关于评分标准和权重的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

5. 唱标结束后，如属于唱错或唱漏的，可重新再唱，如属投标人即时修改报价或承诺的，一律拒绝。开标记录表由记录人、唱标人、采购人、投标人法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

6. 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 三、评标方法、步骤

#### 1. 评标方法

本次项目的评标方法采用综合评分方法。

#### 2. 评标委员会

评标由依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。评标委员会成员依法从省级以上人民政府财政部门设立的评审专家库中随机抽取评审专家。

2.1 评委名单在评标结果确定前应当严格保密。评审专家（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（4）评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的；采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的。

#### 2.2 评标原则

（1）评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

（2）确定中标投标人的评标准则是：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，对投标文件进行比较和评价，确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人，向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现

的违法行为。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

### 3. 评标步骤

#### (一) 资格性审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，详见《资格性审查表》。对初步被认定为资格性审查不合格的，可实行告知投标当事人，以让其核证。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

#### (二) 评标委员会对投标文件的评审分为符合性审查和投标文件详细评审。

##### (1) 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者可实行告知投标当事人，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

##### 1. 澄清有关问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者修正。

投标人的澄清、说明或者修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者修正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。除评标委员会主动要求澄清、说明或者纠正外，评标定标期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

2. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

在评标过程中发现投标人有下述情形的，评标委员会应当认定其投标无效投标文件出现下列情况之一时将被认定为投标无效：

1. 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

2. 投标人的报价低于其他通过符合性审查投标人的平均报价20%的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，提交相关证明材料（包含各项费用组成的成本明细、项目实施成本、税费、利润等的详细说明）及相关佐证材料。供应商未提供成本分析或者不能合理说明成本偏低原因的，评标委员会有权判定其以低于成本报价竞标，按无效投标处理；

3. 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

4. 不具备招标文件中规定资格要求的；

5. 投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

6. 未按招标文件要求提交保证金的；

7. 未按招标文件规定要求签署、盖章；

8. 投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

9. 投标附有招标人不能接受的条件；

10. 投标货物主要技术、商务、服务内容未完全满足招标文件带“★”号的条款或指标；

##### (2) 详细评审

1. 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过符合性检查的投标文件进行评价和比较。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有偏离的投标。重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实



质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

2. 当通过符合性检查的投标人多于或等于三家时，按照评标办法、符合性检查结果，各位评委单独就每个投标人的技术状况、商务状况进行评审，并对其技术、商务和价格分别评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次（出现并列得分时，价格低者排名在前）。

**四、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：**

1. 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的。

**五、评分标准和权重**

1. 按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、计算方法，各评委单独对每个投标人进行评审和比较。

本项目采用综合评分法，各部分权重如下（技术及商务详细评审内容见后附表）：

评估因素	技术	商务	价格	合计
评估权重	55	15	30	100

2. 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

**3. 价格评审**

3.1 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价（指修正后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{价格得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值}$$

3.2 投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，被视为包含在投标报价中。

3.3 对超出常规、具有特别意义、会引起竞争非议的报价须作出特别说明。

3.4 小型和微型企业产品价格扣除

3.4.1 投标人为小型或微型企业（包括成员均为小型或微型企业的联合体）且投标产品/服务含小型或微型企业产品/服务时，报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审，投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

3.4.2 投标人为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为本企业承担的服务）占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，对联合体报价给予 2% 的价格扣除。

3.4.3 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

3.4.3.1 符合中小企业划分标准；

3.4.3.2 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3.4.3.3 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.4.3.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五章投标文件格式）。

3.5 对属于节能（政府强制采购节能产品外）、环保标志的产品的价格给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.6 监狱企业视同小型、微型企业，享受上述条款评审中价格扣除。

3.6.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各

地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.6.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

3.6.3 投标人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

3.7 残疾人福利单位也将视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.8 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章“3.澄清有关问题”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## 六、综合得分的计算

1. 综合得分=技术得分+商务得分+价格得分。

2. 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。若第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价 20%以上的，只推荐一名中标候选人。

## 七、定标和授标

1. 评标委员会按照招标文件确定的评审标准、程序和方法，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

2. 除以下 4 种情况外不得修改评标结果：分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的、经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者集中采购机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

3. 采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

确认后采购代理机构将在政府采购法定媒体上发布中标公告。不在中标名单之列者即为未中标投标人，采购代理机构不再以其他方式另行通知。

4. 评审结果确定后，采购人根据需要通知评标委员会推荐的第一中标候选人在 2 个工作日内，按投标文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件送采购人核对与投标人投标文件中的复印件是否一致。采购人在接到原件之日起 3 个工作日内，核对没有不一致的，须确认中标人；核对发现有不一致或第一中标候选人没有按约定提交原件的，报监管部门核实后按虚假应标处理。

5. 凡发现中标人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理。

5.1 提供虚假材料谋取中标的；

5.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

5.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

5.4 向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 5.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- 5.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
- 5.7 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。
6. 第一中标候选人放弃或被取消资格的，采购人可以按评审报告中推荐的顺序选择第二中标候选人。
7. 采购代理机构将中标结果在指定媒体上发布，公示期满如无异议则转为公告。
8. 中标结果公告后，中标人缴纳了招标代理服务费等，采购代理机构向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

#### 八、中标通知

1. 中标结果将在指定媒体上公示、公告，采购代理机构以书面函件形式向中标人发出《中标通知书》。不在中标名单之列者即默认为落标，采购人、采购代理机构及评审委员会对中标与落标原因不作任何解释。

2. 中标通知书是合同的一个组成部分。

#### 九、授予合同

##### 1. 合同的订立

1.1 中标投标人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

1.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3 自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在广东省政府采购网和广州市政府采购网进行公开；自政府采购合同签订之日起 7 个工作日内，将政府采购合同通过省政府采购网和市政府采购网进行备案。

2. 合同的履行：政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。属于政府采购合同追加的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理部门备案。

#### 十、附表

本评标办法包括以下文件附表：

**附表 1 资格性审查表**

**附表 2 符合性审查表**

**附表 3 技术评审表**

**附表 4 商务评审表**

附表1 资格性审查表

资格性检查表

资格审查内容	投标人		
	A	B	C
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件的规定： 1.1 具有独立承担民事责任的能力； 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供近期财务报表复印件） 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近期纳税证明、社保证明复印件） 1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；被工商行政管理部门列入经营异常名录的，须在投标截止时间之日前申请移出经营异常名录（提供申请材料复印件）。 1.6 法律、行政法规规定的其他条件。			
投标人未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料）。			
投标人具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》或《食品药品经营许可证》（具备医疗器械经营范围）或《医疗器械经营备案凭证》			
所投产品具有医疗器械注册证或备案证明（如国家有相关规定）			
投标人出具的《公平竞争承诺书》			
投标人按招标文件要求缴纳投标保证金			
本项目不接受联合体投标			
<b>结论</b>			

注：1、每一项目符合的打“√”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过；  
2、“结论”一栏中应写“通过”或“不通过”。

附表2 符合性审查表

符合性审查表

评审内容	投标人		
	A	B	C
投标有效期是否符合要求			
按招标文件规定提交了法定代表人证明书或法人授权委托书（含法定代表人或被授权人身份证复印件）			
报价方案是唯一确定且没超过采购预算；关键、主要内容无漏项；若低于其成本，投标人应能做出合理说明			
投标文件实质性响应招标文件要求（★号条款），且无经评委认定为无效标的			
投标文件未附采购人不能接受的条件			
投标文件未出现招标文件中约定的被认定为无效投标的情况			
<b>结论</b>			

注：1、每一项目符合的打“√”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过；  
 2、“结论”一栏中应写“通过”或“不通过”。

附表3 技术评审表

### 技术评审表

评审内容	分值	评分标准
投标设备的技术参数、性能、材质的符合性	25	所投产品全部满足且有优于用户需求书中“技术要求”（不包括标注“★”号的技术要求）的，得25分； 所投产品完全满足用户需求书中“技术要求”（不包括标注“★”号的技术要求）得20分； 所投产品每有一项负偏离用户需求书中“技术要求”（不包括标注“★”号的技术要求）在20分的基础上减2分，扣完为止。 备注：所有投标人必须提供投标产品彩页及生产厂家使用说明书（如生产厂家的使用说明书为英文版，请同时提供中文版），或经生产厂家盖章的技术证明文件以证明其满足用户需求书中“技术要求”，否则评标委员会有权视相应的投标产品不符合“技术要求”进行评分。
投标设备的先进性和可靠性	15	投标设备选型合理，性能优越，操作性、先进性、可靠性强，完全满足本项目需求要求，得15分； 投标设备选型较合理，性能较优越，操作性、先进性、可靠性较强，基本满足本项目需求要求，得9分； 投标设备选型不合理，性能落后，不能满足本项目需求要求，得4分
供货服务方案	10	交货期、到货的保证措施及应急保障方案、安装、调试、验收方案等全面、具体、合理，得10分； 交货期、到货的保证措施及应急保障方案、安装、调试、验收方案等较合理但不够全面，得6分； 交货期、到货的保证措施及应急保障方案、安装、调试、验收方案等不全面、不能满足采购需求，得3分， 不提供不得分
售后服务方案	5	售后服务措施、售后服务承诺具体、合理，得5分； 售后服务措施、售后服务承诺较具体、较合理，得2.5分； 售后服务措施、售后服务承诺不具体、合理性差，得1分， 不提供不得分
合计	55分	

注：招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

附表4 商务评审表

## 商务评审表

评审项目	分值	评分标准
商务条款响应情况	3	优于采购需求得3分； 基本满足采购需求得1分； 部分条款不响应或有负偏离，得0分
企业信誉	3	投标人2016年1月1日至今获得工商行政管理部门授予的守合同重信用企业证书得3分，需提供证书复印件，无0分
同类项目业绩	4	投标人2016年1月1日至今具有同类项目业绩，每提供一项得1分，最高4分，需提供中标通知书或合同复印件，无0分
履约保障	5	为了保证投标产品具有追溯性且保证质量，投标人为本项目核心产品（全自动血压计、全科医生诊断系统、盆底评估治疗仪）代理商、经销商投标的，需提供投标产品生产企业或其授权的经销商（代理商）出具的对应产品的有效授权证明或投标人为核心产品的生产企业的，得5分。需提供相关证明文件复印件，不符合要求或不提供不得分
合计		15分

注：招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。以上证明文件在签订合同时提供原件给采购人进行核查。